



Labornetzgerät RiSU Labornetzteil 0-30V 5A mit 2xLCD



84,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 93-807-00740



Labornetzgerät Labornetzteil 0-30V 5A mit 2xLCD, RiSU konformes Labornetzgerät 0-30V 0-5A Ideal für Service, Labor, Werkstatt, Schule Ausgangsspannung: 0-30V regelbar Ausgangsstrom: 0-5A regelbar Grob- und Feinreglung von Spannung und Strom Ausgangsspannung: DC Gleichspannung Entspricht EN 61558-2-6:2009 und ist somit für z.B. Schulen und Lehrwerkstätten zugelassen!

RiSU Labornetzgerät 0-30V 0-5A Ideal für Service, Labor, Werkstatt, Schule

Technische Daten:

- Ausgangsspannung: 0-30V regelbar
- Ausgangsstrom: 0-5A regelbar
- Grob- und Feinreglung von Spannung und Strom
- Ausgangsspannung: DC Gleichspannung
- **Entspricht EN 61558-2-6:2009 und ist somit für z.B. Schulen und Lehrwerkstätten zugelassen!**
- Restwelligkeit: 100-200mV
- LCD-Anzeige für Spannung und Strom
- Sicherungsmodus: Strombegrenzung und Kurzschlusschutz
- Ausgangsbuchsen: 4mm Banane
- Gehäusefront aus Kunststoff
- Metallgehäuse aus Stahlblech
- Technology Schaltnetzteil
- Stromeingang: 220-240VAC 50Hz
- Eingang: Kaltgerätebuchse mit Netzkabel
- Abmessungen: 205 x 160 x 115mm
- Gewicht: 1,75kg
- Lieferung inkl. Netzkabel und Anleitung

Zusatzinfo diese Netzteilserie ist wie folgt erhältlich (Baugleiche Version jedoch Leistungsfähiger)

- **Bst.Nr. 93-807-00705 = mit 0-30V 0-3A**
-
- **Bst.Nr. 93-807-00740 = mit 0-30V 0-5A**
-
- **Bst.Nr. 93-807-00770 = mit 0-30V 0-10A**

Passendes Zubehör siehe (Zubehör-Register)

- 90-681-00003 = 1m Laborkabel ROT
- 90-681-00007 = 1m Laborkabel SCHWARZ
- 90-681-00200 = 2m Laborkabel ROT
- 90-681-00210 = 2m Laborkabel SCHWARZ
- 39-850-00900 = Verteiler für Experimente
- 39-850-00300 = Kraftige Krokoklemme ROT
- 39-850-00310 = Kraftige Krokoklemme SCHWARZ
- 39-850-00380 = Kleps 30 ROT
- 39-850-00370 = Kleps 30 SCHWARZ

Laut RiSU gilt: „Der Arbeitgeber – vor Ort vertreten durch die Schulleiterin oder den Schulleiter – ist verantwortlich, dass Gefährdungsbeurteilungen nach §§ 5, 6 Arbeitsschutzgesetz und nach § 3 Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ für alle Gefährdungen (z. B. biologische,

*chemische und physikalische Gefährdungen) durchgeführt und dokumentiert werden.“ Diese sind z.B. erforderlich für: **Auch Tätigkeiten mit elektrischer Energie***

weitere ähnliche Ausführungen erhältlich (siehe auch Rubrik unten ähnliche Artikel)

- Bst Nr : 93-807-00405 = 12V 20A Festspannung ** RiSU Konform
- Bst Nr : 93-807-00370 = 24V 10A Festspannung ** RiSU Konform
- Bst Nr : 93-807-00740 = 0-30V 5A regelbares Netzteil ** RiSU konform
- Bst Nr : 93-807-00705 = 0-30V 3A regelbares Netzteil ** RiSU konform
- **Schulen können per FAX auf offener Rechnung beliefert werden Fax-Nachweis (Schulstempel) erforderlich !**